

# FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRODUIT

DATE 25/11/2009 • ÉDITION 23/03/2020



## ARTICLE

Désignation : MASQUE HAUTE FILTRATION BLEU avec élastiques type II  
Référence : 300.00.17.

## CONFORMITE NORMES

- Usine de fabrication certifiée ISO EN 13485 : 2016 par le TUV pour la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux
- Certificat CE délivré par le TUV concernant la conformité à la directive médicale CE/93/42 pour les dispositifs médicaux, Annexe V
- Test réalisé sur le filtre Meltblown selon la norme EN 14683:2014 par le laboratoire Nelson
- Test B.F.E. (Efficacité de filtration bactérienne) : 99,5% pour des particules de plus de 2,7 microns



## GENCOD

<b>CODE CARTON</b>	3701102302500
<b>CODE BOITE</b>	3701102302517

## CARACTERISTIQUES

- < Composition : Polypropylène + Filtre meltblown + Polypropylène,
- < Couleur : face interne blanche, face externe bleue
- < Confection : Masque 3 plis\*, bords soudés, 2 élastiques oreilles, et pince nez
  - \* le nombre de plis définit le nombre de couches de matière qui composent le produit
- < Dimension : Longueur 17,5cm, largeur 9,5 cm
- < Sans latex

## CONDITIONNEMENT

### SOUS EMBALLAGE

- < Quantité : 50 pièces
- < Type : boîte distributrice

### EMBALLAGE

- < Quantité : 1000 unités (20 boîtes de 50)
- < Type : carton

## PALETTISATION

- < 48 cartons
- < Palette semi-lourde : 80 x 120 cm

## PRECAUTION D'EMPLOI

Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle mais un dispositif médical de classe I non stérile. Utilisation réservée aux professionnels.